



2023年3月9日

株式会社シーズ 上台工場 御中

公益財団法人原子力安全研究協会

放射線環境影響研究所

〒979-1202 福島県双葉郡川内村大字下川内字坂内223

TEL:0240-38-2512



測定結果報告書 NSRA-22-3-105-1

放射能測定結果は次の通りです。

- 1) 測定目的 :ガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定
- 2) 試料名 :木質ペレット
東白川郡
- 3) 測定条件 測定日 :2023年3月6日
測定装置:ORTEC ゲルマニウム半導体検出器 GMX30-70
測定時間:1,800(秒)
供試料量:1.39243(kg)

4) 測定結果

核種名	放射能濃度 (Bq/kg 生)	検出限界濃度 (Bq/kg 生)
ヨウ素-131	不検出	0.8
セシウム-134	不検出	0.9
セシウム-137	16.5	0.9
合計放射性セシウム	16.5	
備考)結果は受領した試料に限定したものととなります。 放射能濃度は測定日における値となります。		

5) 試料写真



6) 結果

合計放射性セシウム濃度は基準値(40Bq/kg)以下です。

適用基準:木質ペレットの当面の指標値の設定及び「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の

放射性セシウム測定のための検査方法」の制定について(林野庁 24林政利第70号)

ご連絡いただいた適用基準「4南農林第2974号」は上記に基づいています。

本件についてのご質問は

川内村事務所 小島 清(sokutei_shido@nsra.or.jp)

までお問い合わせください。

本測定に関する情報につきましては守秘義務を厳守致します。

承認

